

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 / 8º ANDAR - NITERÓI - RJ
 CNPJ: 32.556.060/0001-81
 CEP: 24020-200

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2018 - PROCESSO Nº: 200/3218//2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUTOCLAVES VERTICAIS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUNS DESTES EQUIPAMENTOS NOS SETORES DE LAVAGEM DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA REDE PÚBLICA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI

ATA DE ABERTURA - SESSÃO PÚBLICA

No dia 18 (dezoito) de julho de 2018 (dois mil e dezoito), às 10:00 horas, no auditório da FMS, à rua Visc. de Sepetiba, 987/9º andar - Centro, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Pregão, designados pela Portaria nº 119/2018, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Iniciando-se os trabalhos, procedeu-se ao credenciamento e ao recebimento dos Envelopes nº 1 – Propostas e nº 2 – Habilitação. Com o auxílio dos membros da Equipe de Apoio, o(a) Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento/execução com aqueles definidos no Edital, tendo selecionado entre seus autores os Licitantes que participarão da etapa de lances verbais em razão dos preços propostos, conforme relacionados abaixo:

Empresas	C.N.P.J.	ASS.
1. FBC DE NITERÓI COM. E SERV. EIRELI	22.341.240/0001-92	
2. G-RIO COM. E SERVIÇOS EIRELI	27.707.061/0001-40	
3. MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTÍFICA LTDA.	05.897.431/0001-16	
4. REAL NUTRIÇÃO COM. E SERV. EIRELI	18.716.271/0001-03	
5. MLB COM. E SERV. MAT. HOSP. EIRELI	28.754.511/0001-18	

O(a) Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores daquelas propostas que ensejaram a disputa por lances, selecionados de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência das propostas de menores preços apresentados ficou conforme o mapa de lances abaixo:

		Especificação							
ITEM 1	<p>Autoclave Vertical, Capacidade aproximada de 50 litros e 220volts, utilizado para esterilização de materiais com caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304, revestida externamente com material isolante ao calor. Tampa em bronze fundido. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir uma boa circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,6 Kgf/cm², correspondente a 127°C. Gabinete construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática e parte superior com chapa de aço inoxidável e montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos para fechamento em baquelite. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável. Painel de controle com botão liga/desliga, teclas para controle de temperatura e do tempo de esterilização e display indicativo com funcionamento por meio de microcontrolador. Que permita selecionar a temperatura de trabalho de 90 a 127°C e o tempo de esterilização. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda a temperatura programada. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível).</p>								
		LABORATÓRIOS	Laboratório Miguelote Viana	Laboratório do Largo da Batalha	Laboratório da Unidade João Vizella	Laboratório do HMCT	Laboratório da UMAMM	Laboratório do HOF	TOTAL
		Quantidade de aparelhos	03 aparelhos	02 aparelhos	02 aparelhos	02 aparelhos	01 aparelho	01 aparelho	11 aparelhos
	QUANT.: 11 unidades	Valor máximo: R\$ 12.671,13							
EMPRESAS	FBC	G-RIO	MICROLLAGOS	REAL	MLB				
Proposta Inicial	7.590,00	12.600,00	9.181,00	12.760,00	9.900,00				
1ª rodada	S/L	S/L	S/L	S/L	7.400,00				
2ª rodada	7.590,00	-	-	-	DESCL.				
3ª rodada	7.585,00	-	-	-	-				
4ª rodada	DESCL.	-	9.000,00	-	-				

VENCEDOR: VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$9.000,00 (nove mil reais).

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Após verificada a regularidade da documentação do(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) mesmo(s) foi(ram) declarado(s) vencedor(es) dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro comparativo acima. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Parecer da Comissão:

COMPARECEU COMO OBSERVADOR TÉCNICO:

Maria Cláudia de Uzeda (LMV).....

Alarimar Ferreira Estrella (LJV).....

As empresas MLB COM. E SERV. MAT. HOSP. EIRELI e FBC DE NITERÓI COM. E SERV. EIRELI foram desclassificadas por apresentarem a especificação do objeto em desacordo com o edital.

Não houve intenção de interposição de recurso por parte das empresas presentes.

Assinatura do(a) Pregoeiro(a) e dos membros da Comissão que estiveram presentes:

Pregoeira: INEZELANE NACIF TIENGO

Apoio: CARLOS ALBERTO VALADARES

Apoio: ELIANA BIZZO NEVES TAVARES

Apoio: MARINA AMORIM DO VALLE

Apoio: MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DE F. JUNGER