

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
21 27165800

11.249.035/0001-85

Processo: 200/5007/2014**Data: 05/12/2018****RUBRICA:**

Departamento: SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fone / Ramal : /

Fax :

PROCESSO DE COMPRAS N°

048929 Página 1

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II

Dados do Orçamento/Proc. compras

Orçamento : 5622**Data Limite** : 09/11/2018**Hora Limite** : 14:00**Proc. compras** : 48929**Data** : 06/11/2018**Resumo** : Aquisição de Materiais Médico Hospitalar, para atender as necessidades da Maternidade Alzira Reis Vieira Ferreira - MMARVF da FMS.

Dados do Fornecedor

Nome :**Numcgm** :**CNPJ** :**Endereço** :**Complemento** :**Contato** :**Município** :**CEP** :**Fone/Fax** :

Dados dos Produtos

Prazo de entrega :**Validade do orçamento** :**DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES**

SOLICITAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
55718	50	SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
124044	1	UNIDADE 1 UNIDADES	<p>APARELHO OTOEMISSOR ACÚSTICO</p> <p>RESUMO: APARELHO OTOEMISSOR ACÚSTICO - Meça TEDAE (detecção por transiente) e DPOAE (detecção por produto de distorção)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estímulo de 1000Hz a 4000Hz de múltiplas respostas TEDAE e de 500Hz a 8000Hz de múltiplas respostas DPOAE • Emissões transientes (em frequência de 1000Hz a 4000Hz) • Emissões por produto de distorção • Sonda para emissões Oto acústicas transientes • Sonda para produto de distorção • Visualização de respostas por frequência • Boa visualização do display • Relatório e protocolos disponíveis para o exame • Impressora térmica portátil • Ser um aparelho portátil, não necessitando de computador para realização do exame, mas com saídas compatíveis se for necessário. • Memória com capacidade para armazenar 250 exames • Alimentação através de pilhas alcalinas • Acompanha jogo de olivas. 		32.451,43	32.451,43

TOTAL GERAL**32.451,43**